



中华人民共和国
制造计量器具许可证



浙制 00000321 号—52

制造地址：浙江省乐清市柳市镇德力西工业园

德力西集团仪器仪表有限公司

根据《中华人民共和国计量法》的规定，对你单位制造下列计量器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格，特发此证。

序号 计量器具名称 型号 规格 准确度

序号	计量器具名称	型号	规格	参数	准确度等级
1	膜式燃气表	G1.0	q _{max} =2.5m ³ /h q _{min} r ₁ =0.010m ³ /h	p _{max} ≤ 30kPa及以下	1.0级
		G2.0	q _{max} =4m ³ /h q _{min} r ₁ =0.025m ³ /h		
2	膜式燃气表	G1.0S	q _{max} =2.5m ³ /h q _{min} r ₁ =0.015m ³ /h	p _{max} ≤ 30kPa及以下	1.0级
		G2.0S	q _{max} =4m ³ /h q _{min} r ₁ =0.025m ³ /h		
		G4S	q _{max} =9m ³ /h q _{min} r ₁ =0.04m ³ /h		
3	IC卡膜式燃气表	CG0S	q _{max} =1.0m ³ /h q _{min} r ₁ =0.06m ³ /h	p _{max} ≤ 30kPa及以下	1.0级
		CG10S	q _{max} =1.6m ³ /h q _{min} r ₁ =0.1m ³ /h		
		CG16S	q _{max} =2.5m ³ /h q _{min} r ₁ =0.15m ³ /h		
		CG20S	q _{max} =4.0m ³ /h q _{min} r ₁ =0.25m ³ /h		
		CG40S	q _{max} =9.5m ³ /h q _{min} r ₁ =0.4m ³ /h		

发证单位 (盖章)

发证日期：2015年4月5日

有效日期：2019年4月4日止

